

pieczętka Wykonawcy

WYMAGANE PARAMETRY I FUNKCJE ORAZ ICH WARTOŚCI

Szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanych łóżek z materacami i barierkami

Wykonawca:

Producent:

Nazwa:

Typ:

Uwaga:

1. Wszystkie parametry i funkcje oraz ich wartości podane w poniższej tabeli muszą dotyczyć oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. Wszystkie parametry i funkcje oraz ich wartości wymagane przez Zamawiającego (podane w poniższej tabeli) muszą znajdować potwierdzenie w opisie technicznym oferowanego produktu (ulotce informacyjnej, broszurze, folderze, katalogu, itp.) w języku polskim załączonym do oferty.
3. Wartości zdefiniowane w poniższej tabeli wyrażeniem „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Lp.	Wymagane parametry i funkcje	Potwierdzenie spełnienia parametrów i funkcji	Oferowane parametry i funkcje
1.	Łóżko szpitalne z leżem składającym się z dwóch segmentów z ruchomym segmentem oparcia pleców. Segmenty wyposażone w uchwyty na pasy do całkowitego unieruchomienia pacjenta. W przypadku łóżka z ramą zewnętrzną dopuszcza się mocowanie pasów bezpośrednio do ramy łóżka. Pasy montowane na wysokości klatki piersiowej, kończyn górnych oraz dolnych	TAK	
2.	Segmenty leża wypełnione siatką metalową lub lamelami	TAK	
3.	Konstrukcja łóżka wykonana z prostokątnych profili ze stali węglowej chromowanej lub lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV	TAK	

4.	Główna konstrukcja łóżka zapewniająca wysoką wytrzymałość oraz stabilność wykonana z profili o przekroju min. 4 x 3 cm	TAK	
5.	Łóżko z ramą wewnętrzną lub zewnętrzną	TAK	
6.	Regulacja kąta odchylenia segmentu oparcia pleców płynna dokonywana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia do regulacji umieszczona pod leżem dostępna z dwóch stron łóżka	TAK	
7.	W narożnikach leża od strony segmentu oparcia pleców tuleje uniwersalne do mocowania wyposażenia dodatkowego: wieszaka kroplówki (zabezpieczonego przed wyjęciem przez pacjenta)	TAK	
8.	Łóżko zaopatrzone w narożach w obrotowe krążki odbojowe zabezpieczające chroniące łóżko przed otarciami	TAK	
9.	Parametry techniczne: - długość całkowita max. 2 200 mm, a min. 1 950 mm - szerokość całkowita max. 1 050 mm, a min. 950 mm - stała wysokości leża max. 550 mm - kąt nachylenia segmentu oparcia pleców min. od 0° do 70° (+/- 5°) - dopuszczalne obciążenie min. 200 kg	TAK	
10.	Układ jezdny wyposażony w cztery koła niezależne z wytrzymałą, metalową indywidualną blokadą jazdy i obrotu. Koła o średnicy min. 125 mm	TAK	
11.	Szczyty metalowe chromowane lub lakierowane proszkowo wypełnione płytą HPL o grubości min. 8 mm - kolor płyty do wyboru (min. 5 kolorów). Szczyty zabezpieczone przed możliwością wyjęcia	TAK	

12.	<p>Wyposażenie:</p> <p>a) poręcze boczne lakierowane jednocześnie składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca. Poręcze zbudowane z min. trzech poprzeczek poziomych oraz łączników pionowych i zabezpieczające min. 70% długości leża - zalecana długość zabezpieczenia to 85% długości leża. Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki z możliwością montażu w różnych rodzajach łóżek za pomocą uchwyty „C” posiadające możliwość dodatkowego zabezpieczenia przez blokadę (dokręcenie kluczem) lub montowane w tuleje znajdujące się pod ramą leża (montaż odbywa się przy pomocy narzędzi - montaż za pośrednictwem śrub). Funkcja szybkiego demontażu poręczy przy użyciu specjalizowanego klucza.</p> <p>b) materac na łóżko o następujących cechach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka - wkład - pianka - grubość materaca min. 10 cm - pianka o gęstości co najmniej T25 kg/m³ - wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą lub okapnikiem - materiał pokryty powłoką odporną na przenikanie mikroorganizmów (<i>do oferty należy dołączyć opinię laboratoryjną</i>) - odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - pranie w temp. do 95°C - pozytywne badanie na niepalność materiału (<i>należy dołączyć do oferty</i>) - raport z badań/opinia laboratoryjna potwierdzający/a odporność pokrowca na przenikanie drobnoustrojów na mokro (<i>należy dołączyć do oferty</i>) 	TAK	
13.	Deklaracja zgodności CE na łóżko i materac (<i>należy dołączyć do oferty</i>)	TAK	
14.	Zgłoszenie lub wpis do RWM dla łóżka i materaca (<i>należy dołączyć do oferty</i>)	TAK	

15.	Opis techniczny oferowanego produktu (ulotka informacyjna, broszura, folder, katalog, itp.) w języku polskim potwierdzający wszystkie parametry i funkcje oraz ich wartości wymagane przez Zamawiającego (<i>należy dołączyć do oferty</i>)	TAK	
16.	Zapewnienie przez Wykonawcę dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat	TAK	
17.	Certyfikat ISO 9001 lub równoważny oraz 13485 lub równoważny dla producenta łóżka (<i>należy dołączyć do oferty</i>)	TAK	
18.	Gwarancja: min. 3 lata max. 5 lat	TAK	
19.	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat	TAK	
20.	Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat	TAK	
21.	Czas reakcji serwisu max. 72 godz.	TAK	

.....
miejsowość

.....
data

.....
pieczętka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy